

Chorzów, dnia 08.12.2011r.

Nr sprawy – II/817/2011

Dotyczy: dostawy oscyloskopu cyfrowego .

W związku z przesłanym pytaniem dotyczącym postępowania pod nazwą jw., wyjaśniamy.

Pytanie 1

W SIWZ nie ma słowa o zasilaniu oscyloskopu:

1. zasilanie z akumulatora i sieci – oscyloskop przenoszony,
2. zasilanie tylko z sieci – praca stacjonarna w laboratorium.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że oscyloskop winien posiadać zasilanie tylko z sieci.

Zatwierdził:
Kierownik Działu
Przygotowania i Realizacji Inwestycji
Marek Sekuła